

Dęblin, dnia 28 kwietnia 2010 r.

Znak: L.DZ.SPZOZ-ZP/2-1-1/10

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem i szkoleniem personelu nowego aparatu usg z wyposażeniem dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie
Nr ogłoszenia: 96279-2010

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na zasadzie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie, ul. Rynek 14, 08-530 Dęblin dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem i szkoleniem personelu nowego aparatu usg z wyposażeniem dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie poprzez nadanie nowego brzmienia § 4 ust. 3 pkt 2 i § 4 ust. 3 pkt 4 Projektu umowy i tak:

1. § 4 ust.3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2) czas na usunięcie uszkodzenia – max 5 dni”.
2. § 4 ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) liczba napraw gwarancyjnych tego samego zespołu uprawniających do wymiany przedmiotu sprzedaży na nowy (z wyjątkiem uszkodzeń z winy Kupującego) - 3 (trzy) naprawy ; za naprawę nie uznaje się wymiany bezpiecznika oraz odwieszenia systemu”.