

Dęblin, dnia 28 kwietnia 2010 r.

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie
ul. Rynek 14, 08-530 Dęblin

Dotyczy:

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ, MONTAŻEM, URUCHOMIENIEM I SZKOLENIEM PERSONELU NOWEGO APARATU USG Z WYPOSAŻENIEM DLA POTRZEB SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DEBLINIE

Do:

Wykonawcy biorący udział w w/w postępowaniu

Na podstawie art 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w związku z przedmiotowym postępowaniem wpłynęły następujące pytania dotyczące treści SIWZ:

Pytanie 1.

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG z korekcją kąta bramki dopplerowskiej +/- 80 stopni na obrazie aktywnym i zamrożonym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

Pytanie 2.

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG z głowicą elektroniczną microconvex endocavitarną do badań ginekologiczno – położniczych, urologicznych o częstotliwościach pracy 5 do 9 MHz, i jedną częstotliwością harmoniczną lecz ze znacznie większym kątem skanowania od wymaganego bo aż 165 stopni?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie.

Podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 3.

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG z możliwością rozbudowy aparatu o głowicę elektroniczną sektorową, do badań: kardiologicznych, transkranialnych, o częstotliwości pracy od 2 do 4 MHz . Pracują w trybie inwersji fazy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak